

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI
TW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2025

Số: 840/NĐTW-VTTB
V/v Mời chào giá Thiết bị và dịch vụ
sửa chữa thiết bị y tế

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói Mua sắm Thiết bị và dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: *Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bàu, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội.*

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá *ThS. Bùi Văn Tấn, Phó trưởng phòng Vật tư - Thiết bị y tế, Số điện thoại: 098.693.1071, email: vattu_yte@nhtd.vn.*

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: *Phòng Vật tư - Thiết bị y tế - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bàu, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội.*

- Nhận qua email: vattu_yte@nhtd.vn.

* Lưu ý: Đơn vị cung cấp báo giá qua email vẫn phải gửi bản gốc báo giá đến địa chỉ nhận tiếp nhận báo giá trực tiếp.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 21 tháng 07 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 07 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 31 tháng 07 năm 2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục Mua sắm Thiết bị và dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế, bao gồm:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Bàn sấy lam kính/tiêu bản	Bàn sấy lam kính/tiêu bản với thông số kỹ thuật : - Dải nhiệt độ: từ nhiệt độ môi trường đến 90°C - Độ chính xác điều khiển nhiệt độ: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ - Công suất: có thể tải cùng lúc 60 tiêu bản - Điện áp 220V$\pm$10%, 50/60Hz - Nguồn: 330W - Kích thước ngoài (W*D*H): 330$\times$305$\times$85mm - Trọng lượng: 2.75kg	01	Cái
2	Xe cáng	Xe cáng vận chuyển người bệnh với cấu hình cơ bản: + Thân cáng chính: 01 cái + Đệm: 01 cái + Cọc truyền: 01 cái + Thanh chắn giường: 01 bộ - Thân giường được làm bằng thép, ván giường và thành giường được làm bằng nhựa ABS hoặc PP - Giường có thể được nâng lên hoặc hạ xuống điều khiển bằng tay quay - Có 4 bánh xe cao cấp kích thước khoảng 150mm và có hệ thống khóa trung tâm giúp tăng độ ổn định của cáng khi đứng yên. - Có mũi tên được đánh dấu rõ ràng giúp người dùng thao tác dễ dàng hơn. - Có giá đỡ cho bình oxy bên dưới phần đầu với đường kính trong 128mm, dày 5mm, rộng 20mm - Kích thước xe cáng khoảng: 2010$\times$700mm $\pm$50mm - Tay vin hai bên có kích thước khoảng: 120mm$\times$275mm (10mm) - Thân cáng có thể điều chỉnh trong phạm vi : 560mm$\leq$ đến $\geq$850mm ($\pm$50mm) - Điều chỉnh tư thế tự lưng bằng lò xo khí góc nâng: 0-85° ($\pm$10°) - Tải trọng tối đa: $\geq$200kg	05	Cái
3	Dịch vụ sửa chữa thay thế Hệ thống nước RO	Dịch vụ sửa chữa thay thế Hệ thống nước RO bao gồm: - Kiểm tra sửa chữa, xác định tình trạng hệ thống nước RO: + Màng nước RO + Vật liệu lọc thô + Hệ thống nước	01	Hệ thống
4	Hiệu chuẩn đầu dò cho máy phát hiện xơ gan sớm Model: Fibroscan 502 Touch	Hiệu chuẩn đầu dò M+ cho máy phát hiện xơ gan sớm	02	Cái



2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản Trang thiết bị y tế : Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤ 90 ngày


4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không quá 30% giá trị hợp đồng.
- Thanh toán: Số lần thanh toán là nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VTTB.



Phạm Ngọc Thạch

