

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỐI TW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 863/NĐTW-VTTB
V/v Mời chào giá Trang thiết bị và dịch
vụ sửa chữa thiết bị y tế

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói Mua sắm Thiết bị và dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: *Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bàu, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội.*

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá *ThS. Bùi Văn Tấn, Phó trưởng phòng Vật tư - Thiết bị y tế, Số điện thoại: 098.693.1071, email: vattu_yte@nhtd.vn.*

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- *Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư - Thiết bị y tế - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bàu, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội.*

- *Nhận qua email: vattu_yte@nhtd.vn.*

* *Lưu ý: Đơn vị cung cấp báo giá qua email vẫn phải gửi bản gốc báo giá đến địa chỉ nhận tiếp nhận báo giá trực tiếp.*

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 24 tháng 07 năm 2025 đến hết ngày 04 tháng 08 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 04 tháng 08 năm 2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục Mua sắm Trang thiết bị và dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế, bao gồm:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Tủ đầu giường bệnh nhân	Tủ đầu giường bệnh nhân với thông số kỹ thuật: - Kích thước: 47x47x75cm - Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp. - Tủ có chân dễ dàng di chuyển. - 2 khoang chứa: khoang trên là ngăn kéo đựng đồ nhỏ gọn, hộc tủ phía dưới là ngăn to rộng, có móc treo khăn bên hông tủ. - Ngăn kéo lắp rãnh trượt giúp đóng káo nhẹ nhàng - Bàn ăn nhỏ gọn có thể kéo ra lắp vào gọn gàng.	08	Cái
2	Pank mềm gấp sỏi đường tiết niệu	Pank mềm gấp sỏi đường tiết niệu với thông số kỹ thuật: - Forceps gấp sỏi cỡ 4 Fr, thân cứng - Chiều dài 60 cm, hàm hoạt động kép - Sử dụng với ống soi niệu quản bề thận	01	Cái
3	Máy sưởi ấm máu và dịch truyền	Máy sưởi ấm máu và dịch truyền với cấu hình chuẩn: + Máy chính: 01 cái + Bộ ra nhiệt: 01 bộ + Tài liệu HDSD: 01 bộ Thông số kỹ thuật: - Ứng dụng cho sử dụng để làm ấm máu và dịch truyền làm giảm nguy cơ hạ thân nhiệt. - Màn hình hiển thị LED cho phép hiển thị nhiệt độ làm ấm và nhiệt độ cài đặt - Sử dụng với các dây làm ấm có đường kính khoảng 4-5mm, dài khoảng 180cm dùng nhiều lần - Chế độ làm việc là liên tục - Có chế độ cảnh báo và tự động tắt khi quá nóng - Dải tốc độ truyền: từ 0-1500ml/ phút - Công suất tối đa: 90W - Nhiệt độ làm nóng: từ 33°C tới 43°C ($\pm 1^{\circ}\text{C}$) - Lựa chọn bước tang nhiệt độ: 1.0°C - Chế độ ngắt nguồn: 43.6 °C ($\pm 0.1^{\circ}\text{C}$) - Bảo động nhiệt độ thấp: nhiệt độ điều chỉnh thấp hơn -3°C so với nhiệt độ cài đặt lớn hơn 10 phút - Bảo vệ: (IEC 60601-1): I ; IPX1	03	Cái

ỆNH VIỆN
 H NHIỆT ĐỘ
 ỨNG DỤNG

4	Dịch vụ sửa chữa thay thế linh kiện cho dây nội soi khí phế quản	Dịch vụ sửa chữa thay thế linh kiện cho dây nội soi khí phế quản Model: EB15-J10. Bao gồm: - Kiểm tra sửa chữa, xác định tình trạng dây nội soi khí phế quản. - Tiến hành lắp đặt, thay thế các vật tư, linh kiện cần sửa chữa, bao gồm: + 01 Cáp quang dẫn sáng + 01 Thân ống soi + 01 Thân ống nối tay cầm kết nối bộ xử lý + 01 Ống kênh thiết bị + 01 Vỏ bọc đầu cuối + 01 Lưới thép bảo vệ cơ phận	01	Cái
5	Kiểm định máy đo mật độ xương	Kiểm định máy	01	Thiết bị
6	Kiểm xạ an toàn phóng xạ phòng đặt máy đo mật độ xương	Kiểm xạ an toàn phóng xạ phòng đặt máy	01	Phòng

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản Trang thiết bị y tế : Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤ 90 ngày

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không quá 30% giá trị hợp đồng.
- Thanh toán: Số lần thanh toán là nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VTTB.

GIÁM ĐỐC

BỆNH VIỆN
BỆNH NHIỆT ĐỚI
TRUNG ƯƠNG

Phạm Ngọc Thạch