

Số: 1218/NĐTW - HCQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2025

V/v: Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán
mua dung dịch khử khuẩn tại bệnh viện

Kính gửi: - Các doanh nghiệp cung cấp dung dịch khử khuẩn trên địa bàn

Căn cứ tờ trình số 218 /TTr-HCQT ngày 10 tháng 10 năm 2025 về việc phê duyệt danh mục hóa chất khử khuẩn tại Bệnh viện đã được Giám đốc phê duyệt. Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo danh mục sau:

STT	Tên sản phẩm	Thông số kĩ thuật	Quy cách	ĐVT	Số lượng
1	Hóa chất khử khuẩn mức độ cao dụng cụ y tế Steranios 2%	1. Thành phần: 2% Glutaraldehyde 2. không cần hoạt hóa, pH=6 Khử khuẩn mức độ cao: 10 phút. Tái sử dụng trong 30 ngày (tặng kèm test thử) 3. Hạn sử dụng sau mở nắp: 3 năm 4. Hiệu quả diệt khuẩn: - Diệt khuẩn EN 14561 (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus...) - Diệt nấm EN 14562 (Candida albicans, Aspergillus niger...) - Diệt vi khuẩn lao EN 14563 (Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium...) - Diệt bào tử trong 120 phút theo EN 17126 (Clostridium difficile, Bacillus cereus, Bacillus subtilis) - Diệt virus EN 17111 (Adenovirus...) 5. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485, ISO 9001	Can 5 lít	Can	20
2	Hóa chất khử nhiễm dụng cụ y tế Anyosyme Synergy 5	1. Hỗn hợp 5 enzyme 1%-3% protease, 0.1%-0.5% lipase, 0.1%-0.5% amylase, 0.1%-0.5% mannanase, 0.1%-0.5% cellulase, 2. Dùng được cho máy rửa tự động và ngâm rửa thủ công Nồng độ sử dụng: từ 0.1% (máy rửa) pH = 6.89-7.29 Thời gian: từ 5 phút Phù hợp với mọi chất lượng nước khác nhau 3. Đạt tiêu chuẩn ISO 11930 (Khả năng kháng khuẩn của sản phẩm) 4. Hiệu quả chống lại màng biofilm vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa theo tiêu chuẩn ISO/TS 15883-5	Can 5 lít	Can	10



3	Dung dịch khử khuẩn bề mặt trang thiết bị ANIOSPRAY SURF 29 5L	1. Thành phần: $\geq 0,05\%$ Didecyldimethyl ammonium chloride + $\geq 0,06\%$ Chlorhexidine digluconate kết hợp $\leq 22,57\%$ Ethanol. 2. Khử khuẩn nhanh các bề mặt 3. Hiệu quả diệt khuẩn, diệt nấm theo EN 13697 Diệt virus (PRV, BVDV, HSV 1...) từ 1 phút 4. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485, ISO 9001	Can 5 lít	Can	20
4	Khăn lau khử khuẩn bề mặt	Hoạt chất: Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride 0,45 % (w/w), Isopropanol 28 % (w/w). Khăn: định lượng 55gsm Vật liệu: 20% Viscose và 80% PET Kích thước: 15 x 20cm Hộp 100 khăn Đạt hiệu quả vi sinh sau 1 phút tiếp xúc	Hộp 100 tờ	Hộp	60

Thư báo giá được scan (chụp) gửi về Bệnh viện qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn hoặc đóng phong bì kín và gửi về Tổ xét chọn giá, phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thôn Bàu, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội. (Ths Minh, ĐT: 0968741088)

Thời gian gửi báo giá: Trước 16 giờ 30 phút, ngày 14/10/2025. *✓*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Website Bệnh viện
- Tổ xét chọn giá P. HCQT
- Lưu VT; phòng HCQT *✓*


GIÁM ĐỐC
Phạm Ngọc Thạch
Phạm Ngọc Thạch

